

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT SENSITIVE LEMON



PRESERVE

CH ALKOHOLISCHES SCHNELLDESINFEKTIONSMITTEL FÜR DEN DENTALMARKT

1 / 9

Effiziente **Desinfektions- und Reinigungsleistung**

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
bei der täglichen Arbeit

Gute Materialverträglichkeit
bei geringem Ethanolanteil



FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT
SENSITIVE
LEMON



PRESERVE

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 9

DESCOCEPT SENSITIVE LEMON ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.

Das Produkt ist insbesondere ideal geeignet für Bereiche im patientennahen Umfeld, in denen ein umfassendes Wirkungsspektrum erforderlich ist. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine gute Materialverträglichkeit auf.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

Anwendung

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen.

Anwendungshinweise

DESCOCEPT SENSITIVE LEMON kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden.

Nicht zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten geeignet.

Produktstatus

Biozid

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol. Enthält Duftstoffe: Limonene.

Materialverträglichkeit

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten (siehe Seite 5 - 8)

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT SENSITIVE LEMON



PRESERVE

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 9



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			30 s	1 min	2 min	3 min	5 min
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion (Wischdesinfektion)							
bakterizid, levurozid ¹	VAH/EN ^{2,3}	mit Mechanik, hohe Belastung			•		
tuberkulozid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•			
mykobakterizid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•		
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung			•		
	EN 14476	hohe Belastung				•	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•			
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion (Sprühdesinfektion)							
bakterizid, levurozid ^{1,4}	EN 17387	ohne Mechanik, hohe Belastung		•			
bakterizid, levurozid ^{1,5}	EN 13697	ohne Mechanik, niedrige und hohe Belastung		•			
tuberkulozid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•			
mykobakterizid	EN 14348	niedrige und hohe Belastung			•		
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
begrenzt viruzid	EN 14476	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•

1 – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

2 – EN 16615, EN 13727, EN 13624, VAH Methode 8

3 – VAH-gelistet 5 Minuten

4 – medizinischer Bereich

5 – Industrie, Lebensmittel, Haushalt und öffentliche Einrichtungen

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT
SENSITIVE
LEMON



PRESERVE

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

4 / 9



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			30 s	1 min	2 min	3 min	5 min
ergänzende Prüfergebnisse							
bakterizid	EN 16615	hohe Belastung, mit Mechanik			•		
	EN 13697	niedrige Belastung, ohne Mechanik	•				
	EN 13697	hohe Belastung, ohne Mechanik		•			
	EN 13727	hohe Belastung		•			
	EN 1276	hohe Belastung	•				
levurozid	EN 16615	hohe Belastung, mit Mechanik			•		
	EN 13697	niedrige Belastung, ohne Mechanik	•				
	EN 13697	hohe Belastung, ohne Mechanik		•			
	EN 13624	hohe Belastung		•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 1650	hohe Belastung	•				
	EN 14476	niedrige Belastung			•		
	EN 14476	hohe Belastung				•	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•				
	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung		•			
wirksam gegen Vacciniaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		•			
	EN 16777	ohne Mechanik, niedrige Belastung					•
wirksam gegen Coronaviren	EN 14476	hohe Belastung	•				

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT
SENSITIVE
LEMON



PRESERVE

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 9



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2A			•	Medizinische Transportstühle
			•	Toilettenstühle
			•	Rollatoren
			•	Gehböcke
			•	Gehgestelle
Messing	•			Luer-Lock-Adapter
	•			Stethoskop (Messing verchromt)
Aluminium	•			

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT
SENSITIVE
LEMON



PRESERVE

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

6 / 9



MATERIAL KUNSTSTOFFE: ELASTOMERE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
CR (Chloropren-Kautschuk)			•	
PUR (Polyurethan)			•	Medizinische Transportstühle
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)			•	Pflegewagen
Silikon			•	Beatmungsmasken
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT
SENSITIVE
LEMON



PRESERVE

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

7 / 9



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)			•	Ultraschallgeräte
			•	EKG-Geräte
			•	EEG-Geräte
			•	MRT-Geräte
			•	CT-Geräte
			•	Abdominale Ultraschallsonden
			•	Perfusoren
			•	HF-Chirurgie Gehäusekomponenten
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)			•	Patientenüberwachungsmonitore
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse
PE-HD (Polyethylen-High Density)			•	Lager- und Transportbehälter
PE-LD (Polyethylen-Low Density)			•	
PSU Polysulfon)			•	Gehäusekomponenten
PP (Polypropylen)			•	
PUR (Polyurethan)			•	
PA (Polyamid)			•	Röntgenschürzen
PMMA (Polymethylmethacrylat)	•			Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT
SENSITIVE
LEMON



PRESERVE

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

8 / 9



MATERIAL TEXTILIEN	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Kunstleder (z.B. mit PVC und PUR-Deckschicht)				• Untersuchungs- und Behandlungsliegen • Lagerungshilfen
				• Gynäkologischer Untersuchungsstuhl • Dentalstühle
				• OP-Liegen • Patiententransportliegen
PVC (Polyvinylchlorid)				• Fußbodenbeläge

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT
SENSITIVE
LEMON



PRESERVE

GEBINDE

9 / 9

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	CHZN
DESCOCEPT SENSITIVE LEMON	Flasche	10	1 L	00-323DL-010CH	6768
	Kanister	3	5 L	00-323DL-050CH	6768
	Kanister	1	10 L	00-323DL-100CH	6768

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.

CH: Biozidprodukt zur Flächendesinfektion.

ZERTIFIZIERUNGEN



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.