

PRODUKTDATENBLATT

HANDSCHUHE WEITAGLOVE NITRIL ULTRA SOFT LAVENDER

Untersuchungshandschuh aus Nitrilkautschuk (NBR), puderfrei, fingertexturiert, unsteril und beidseitig verwendbar. Frei von Naturlatex. Konform mit EN 420, EN 455 und EN ISO 374-1:2016. Hergestellt unter ISO 13485 Qualitätsmanagement. Lagerung bei 10° bis 30°C, trocken und staubfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Gebrauch auf Schäden kontrollieren, beschädigte Handschuhe nicht verwenden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Chemie- und Pharmaindustrie
- Spital / Labor
- Human- und Veterinärmedizin
- Lebensmittelindustrie
- Gastronomie
- Reinigung



MEDICAL



FOOD

ART. NR	BEZEICHNUNG	DISPENSER	KARTON	PALETTE
835951	WeitaGlove Nitril Ultra Soft Lavender Grösse XS	200 Stück	10 Dispenser	49 Karton
836001	WeitaGlove Nitril Ultra Soft Lavender Grösse S	200 Stück	10 Dispenser	49 Karton
836051	WeitaGlove Nitril Ultra Soft Lavender Grösse M	200 Stück	10 Dispenser	49 Karton
836101	WeitaGlove Nitril Ultra Soft Lavender Grösse L	200 Stück	10 Dispenser	49 Karton
836151	WeitaGlove Nitril Ultra Soft Lavender Grösse XL	200 Stück	10 Dispenser	49 Karton

TECHNISCHE DATEN

Material NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Farbe Lavendel

Nicht steril; mit Rollrand; puderfrei; beidseitig verwendbar; Finger texturiert

MASSE

Grösse	Handfläche Breite (mm)	Min. Länge (mm)
Small	85 ± 5	240
Medium	95 ± 5	240
Large	105 ± 5	240
Extra Large	115 ± 5	240

DICKE

Stulpe	Min. 0.05 mm
Handfläche	Min. 0.06 mm
Finger	Min. 0.08 mm



PRODUKTDATENBLATT

HANDSCHUHE WEITAGLOVE NITRIL ULTRA SOFT LAVENDER

ZERTIFIZIERUNG: PSA

PSA Kategorie III für tödliche und / oder irreversible Risiken gemäss den Anforderungen der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung I.

EN ISO 374-1:2016
Type B



TEST ACC. TO EN 16523-1:2015

Permeation Resistance	% Degradation	
(K) Sodium hydroxide 40%	Level 6	13.9
(P) Hydrogen peroxide 30%	Level 4	27
(T) Formaldehyde 37%	Level 5	36.4

Level 1	> 10 minutes
Level 2	> 30 minutes
Level 3	> 60 minutes
Level 4	> 120 minutes
Level 5	> 240 minutes
Level 6	> 480 minutes

TEST ACC. TO EN 374-2:2014

Specified: Level 2 (AQL 1.5) - acc. to producer

Level 3	AQL < 0.65
Level 2	AQL < 1.50
Level 1	AQL < 4.00

EN ISO 374-5:2016



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien,
Pilzen und Viren



2777

SATRA Technology Europe Ltd.

Bracetown Business Park
Clonee, D15 YN2P, Ireland

ZERTIFIZIERUNG: MEDIZINISCHE PRODUKTE

EN 455
1-4

Medizinprodukt der Klasse I, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42/EEC.

ZERTIFIZIERUNG: LEBENSMITTELKONTAKT



Entspricht der europäischen Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Geeignet für wässrige, saure, alkoholische und fettige Lebensmittel. Besondere Bedingungen: Verwendung in Kontakt kurz und wiederholt mit Lebensmitteln bei Temperaturen unter oder gleich 40°C.