

## Dürfen Privatpersonen den Corona Schnelltest Nasal bei uns bestellen?

- Nein, Privatpersonen können den Test nur über die Apotheke beziehen.

## Was kostet ein Test?

- Gemäss Teststrategie des BAG sind 5 Tests pro Monat gratis.

## Was für ein Ergebnis wird mir angezeigt?

- Das Testergebnis liefert eine Ja- oder Nein-Aussage zur Infektion. Es zeigt ob die getestete Person aktuell infektiös/ansteckend ist.

## Was passiert, wenn ich „positiv“ bin?

- Wird ein pos. Testresultat ermittelt, muss dies umgehend mit einem PCR Test bestätigt werden. Zudem müssen Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in Selbst-Isolation. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

## Was muss ich bei einem negativen Testergebnis beachten?

- Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass Sie aktuell höchstwahrscheinlich nicht infektiös/ansteckend sind, schliesst aber nicht aus, dass Sie sich bereits mit dem Virus angesteckt haben. Auch bei einem negativen Ergebnis sollten daher weiterhin alle Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

## Die Testlinie erscheint erst nach 2 – 3 Stunden. Ist das Messergebnis als positiv zu bewerten?

- Das Testergebnis muss gemäss Packungsbeilage nach 15 – 30 Minuten abgelesen werden. Nach mehr als 30 Minuten darf das Testergebnis nicht mehr abgelesen und gewertet werden, da ein falsches Ergebnis angezeigt werden kann.

## Soll der Tupfer kreisend an der Wand entlang geführt oder an einer Stelle gedreht werden?

- Drehen Sie den Tupfer 4 Mal (insgesamt ca. 15 Sekunden lang) gegen die Naseninnenseite und entnehmen Sie ihn dann aus der Nase. Wiederholen Sie dies mit dem gleichen Tupfer im anderen Nasenloch.

## Wie lange ist die Packung haltbar?

- Bitte beachten Sie die Angaben der Packungsbeilage und den Aufdruck auf der Verpackung.

## Wie werden die Testmaterialien nach Gebrauch entsorgt?

- Der Test und die dazugehörigen Testmaterialien können im Hausabfall entsorgt werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben auf der Packungsbeilage und die lokalen Richtlinien.

**Bei welchen Temperaturen muss der Test gelagert werden?**

- Bitte beachten Sie die Angaben in der Packungsbeilage. Lagern Sie die Packung bei 2 – 30 °C und vor direktem Sonnenlicht geschützt. Die Materialien sind bis zu dem auf der äußeren Verpackung angegebenen Verfallsdatum haltbar.

**Erkennt der Corona Schnelltest auch die Mutanten z. B. aus England, Südamerika und Südafrika?**

- Die derzeit bekannten Varianten des SARS-CoV-2 Virus haben keinen Einfluss auf die Genauigkeit der SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest von Roche. Im Fall eines Auftretens von weiteren Mutationen werden entsprechende Untersuchungen wiederholt, um die Performance sicherzustellen.

**Welchen Test brauche ich um Reisen zu können?**

- Dies ist abhängig von den Einreisebestimmungen Ihrer Destination.

**Kann der Test nach einer Impfung mit dem mRNA Impfstoff (BioNTech/Pfizer oder Moderna) positiv ausfallen?**

- Die Impfstoffe von Pfizer und Moderna haben keinen Einfluss auf das Testergebnis des Corona Schnelltests zur Selbstanwendung.

Es ist kein verfälschtes Testergebnis aufgrund der Impfung mit diesen Stoffen zu erwarten.